ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: 2/OLiOC/2026 **Data:** 03.11.2026

Dostawa 35 defibrylatorów AED o podwyższonej odporności, w torbach transportowych i z zestawami ratowniczymi

1. Zamawiający

Nazwa: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska

Adres: al. Harcerska 3B, 41-500 Chorzów

NIP / KRS: 634-019-54-83 / 0000273051

Osoba do kontaktu: Krystian Łaszewski, 571-404-388

E-mail do korespondencji i ofert: skarbnik@slaska.zhp.pl

2. Cel i zasady postępowania

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę 35 sztuk defibrylatorów AED z torbami transportowymi i zestawami ratowniczymi na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

3. Przedmiot zamówienia i zakres dostawy

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 35 (słownie: trzydziestu pięciu) fabrycznie nowych, jednakowo skonfigurowanych kompletów AED, z których każdy obejmuje defibrylator AED, dedykowaną torbę transportową oraz podręczny zestaw ratowniczy, zgodnie z minimalnym opisem w Załączniku nr 1.

Zakres zamówienia – ważne: każdy komplet obejmuje urządzenie AED z baterią i elektrodami umożliwiającymi zastosowanie u dorosłych i dzieci, torbę do bezpiecznego przenoszenia oraz wyposażenie do przygotowania poszkodowanego i zabezpieczenia miejsca udzielania pomocy. Nie obejmuje szafki ściennej ani sprzętu szkoleniowego.

Urządzenia powinny wykazywać podwyższoną odporność mechaniczną na wstrząsy i wibracje, potwierdzoną odpowiednimi badaniami według MIL-STD-810G, MIL-STD-810H albo równoważnymi. Odniesienie do normy wojskowej służy określeniu cech odporności, a nie wskazaniu konkretnego producenta ani ogólnego certyfikatu wojskowego.

4. Wymagania ogólne

- Wszystkie urządzenia, torby i akcesoria muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad i gotowe do użytkowania. Każdy AED powinien automatycznie analizować rytm serca, prowadzić użytkownika po polsku i zapewniać bezpieczeństwo podczas defibrylacji.
- Torba transportowa: dedykowana do oferowanego modelu AED, zamykana, wytrzymała, z uchwytem lub paskiem, zabezpieczająca urządzenie i wyposażenie przed przemieszczaniem; zestaw ratowniczy ma być dostępny bez trudności.
- Elektrody muszą mieć co najmniej 24 miesiące pozostałego terminu przydatności, a bateria co najmniej 24 miesiące deklarowanego okresu użyteczności od dnia dostawy. Gwarancja na AED: minimum 60 miesięcy. Instrukcja obsługi i komunikaty urządzenia – w języku polskim.

- Defibrylatory muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania w Polsce, posiadać wymagane oznakowanie CE i dokumentację zgodności odpowiednią do przepisów mających zastosowanie, w szczególności rozporządzenia (UE) 2017/745 lub właściwych przepisów przejściowych.
- Zamawiający dopuszcza urządzenia i rozwiązania równoważne spełniające parametry nie gorsze od określonych w Załączniku nr 1. Wymagania odporności należy potwierdzić dokumentacją producenta albo sprawozdaniem z właściwych badań.

5. Dostawa, odbiór i płatność

Miejsce dostawy: Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP al. Harcerska 3B, Chorzów

Termin wykonania: do 30 dni kalendarzowych od zamówienia

Cena zawiera koszty 35 kompletnych zestawów AED, opakowań, transportu, ubezpieczenia oraz wniesienia. Odbiór nastąpi po sprawdzeniu liczby zestawów, modeli urządzeń, kompletności wyposażenia, dokumentacji i terminów przydatności elektrod. Braki lub wady Wykonawca uzupełni bez dodatkowej opłaty w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Zapłata przelewem po otrzymaniu prawidłowej faktury, w terminie 21 dni. Dokument sprzedaży powinien umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu dostawy.

6. Oferty i wymagane dokumenty

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 i wskazać producenta oraz model AED, a także dołączyć kartę produktu i potwierdzenie badań MIL-STD-810G/H lub badań równoważnych w zakresie wstrząsów i wibracji. Wykonawca podaje ceny jednostkowe i łączne netto, VAT i brutto, okres gwarancji oraz termin realizacji. Oferta obejmuje całość 35 kompletów; Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Termin składania ofert: 09.11.2026, godz. 12:00

Sposób składania: e-mailem na adres: skarbnik@slaska.zhp.pl

Temat e-maila: OFERTA AED – 35 SZT. – 2/OLiOC/2026

Termin pytań: 06.11.2026 godz. 16.00

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Zapytania i odpowiedzi dotyczące warunków będą przekazywane wszystkim wykonawcom, którym udostępniono zapytanie, w taki sam sposób. Oferenci ponoszą koszty przygotowania ofert.

7. Ocena i wybór wykonawcy

Oceny podlegają oferty złożone terminowo i zgodne z wymaganiami. Kryterium: najniższa łączna cena brutto za 35 kompletnych zestawów AED – 100%. Liczba punktów = (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) × 100. Maksymalna ocena wynosi 100 punktów.

W razie jednakowej najniższej ceny Zamawiający może wezwać zainteresowanych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający może zażądać wyjaśnień, nie dopuszczając do zmiany istotnych warunków oferty.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy, jeśli żadna oferta nie spełnia wymagań, ceny przekraczają dostępny budżet, finansowanie nie zostanie przyznane lub wystąpią inne ważne, uzasadnione okoliczności. Wynik zostanie utrwalony w dokumentacji zakupowej.

Załączniki: 1. OPZ; 2. Formularz ofertowy.

.....

osoba upoważniona do reprezentacji Zamawiającego

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krystian Łaszewski
Data: 2026.11.03 09:19:30 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcin Różycki
Data: 2026.11.03 14:35:00 CET

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dostawa 35 sztuk jednakowo skonfigurowanych defibrylatorów AED, każdy w dedykowanej torbie transportowej wraz z podręcznym zestawem ratowniczym. Wykaz poniżej określa minimalne parametry oraz ilości elementów W KAŻDYM z 35 zestawów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne o nie gorszych właściwościach.

Lp.	Element / parametr zestawu AED	Ilość / zestaw	Minimalne cechy
1	Defibrylator zewnętrzny AED	1 szt.	Półautomatyczny lub w pełni automatyczny; prowadzenie użytkownika krok po kroku przez procedurę ratunkową.
2	Automatyczna analiza rytmu	wymaganie	Analiza rytmu do 10 sek, dwufazowy impuls defibrylacyjny i zabezpieczenie przed wyładowaniem, jeśli nie jest wskazane.
3	Komunikaty w języku polskim	wymaganie	Głosowe komunikaty po polsku, czytelne grafiki lub oznaczenia; instrukcje dotyczące RKO i użycia elektrod. Samoczynne podgłaśnianie komunikatów w głośnym otoczeniu
4.	Asystent ucisku	wymaganie	Możliwość włączenia metronomu
5	Możliwość użycia u dzieci	wymaganie	Tryb pediatryczny umożliwiający użycie aed u pacjentów <25kg bez konieczności wymiany elektrod
6	Elektrody defibrylacyjne	min. 1 kpl.	Gotowy do użycia zestaw dla dorosłych oraz kompletne rozwiązanie do użycia u dzieci; pozostała ważność min. 24 miesiące.
7	Bateria / źródło zasilania	1 kpl.	Bateria zapewniająca gotowość urządzenia; deklarowana pozostała użyteczność min. 36 miesięcy od momentu instalacji
8	Autotest i gotowość	wymaganie	Automatyczne autotesty codziennie, widoczny wskaźnik gotowości do użycia bez uruchamiania akcji ratowniczej.
9	Ochrona obudowy	wymaganie	Stopień ochrony co najmniej IP55, udokumentowany w specyfikacji producenta. Odporność na upadek min. 1,2m
10	Norma wojskowa MIL-STD-810	wymaganie	Potwierdzone badania w zakresie wstrząsów i wibracji według odpowiednich metod MIL-STD-810G / MIL-STD-810H lub równoważnych.
11	Dokumentacja badań odporności	1 komplet	Karta techniczna, sprawozdanie z badań lub dokument producenta wskazujący model i zakres/metody badań wstrząsów oraz wibracji.
12	Torba transportowa AED	1 szt.	Dedykowana do oferowanego modelu, zamykana, z uchwytem lub paskiem, zabezpiecza urządzenie; mieści zestaw ratowniczy.
13	Instrukcja i oznaczenia	1 kpl.	Instrukcja użytkownika po polsku, oznaczenie modelu, numer seryjny, wymagane etykiety i dokumenty.
14	Gwarancja / serwis	wymaganie	Gwarancja na AED min. 60 miesięcy; dostęp do serwisu i materiałów eksploatacyjnych (elektrody i baterie).
15	Status wyrobu medycznego	wymaganie	Oznakowanie CE oraz deklaracja i dokumentacja zgodności wymagana obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.
16	Nożyczki ratownicze	1 szt.	Do bezpiecznego rozcięcia odzieży przed użyciem AED.
17	Maszynka jednorazowa do golenia	1 szt.	Bezpieczna jednorazowa golarka do owłosienia klatki piersiowej używana w celu przygotowania miejsca przyklejenia elektrod, w razie potrzeby.
18	Rękawiczki nitrylowe	2 pary	Jednorazowe, ochronne min. 2 pary

Lp.	Element / parametr zestawu AED	Ilość / zestaw	Minimalne cechy
19	Maska do oddechów ratowniczych	1 szt.	Z zaworem jednokierunkowym, przeznaczona do pierwszej pomocy, obejmująca usta i nos pacjenta, typu pocket
20	Gaziki	2 szt.	Do osuszenia skóry przed umieszczeniem elektrod.
21	Folia termoizolacyjna NRC	1 szt.	Do ograniczania strat ciepła poszkodowanego.
22	Worek na odpady	1 szt.	Do zebrania odpadów po udzieleniu pomocy.

Wykaz ilości ma zastosowanie osobno do każdego z 35 zestawów AED; ilość łączna każdego wymaganego elementu jest 35-krotnością wartości podanej w kolumnie „Ilość / zestaw". Parametry oznaczone jako „wymaganie" odnoszą się do każdego urządzenia.

Uwagi dotyczące kompletności i weryfikacji

- Wykonawca dostarczy 35 jednakowych, gotowych do użycia defibrylatorów AED z pełnym wyposażeniem oraz listę kontrolną zawartości każdego kompletu.
- Oferent wskaże producenta i model urządzenia, parametry techniczne i właściwe dokumenty potwierdzające odporność na wstrząsy i wibracje. Samo hasło „norma wojskowa" bez identyfikacji badań nie jest wystarczające.
- Nie wolno zastępować jednego wymaganego elementu innym bez zachowania funkcji, ilości i parametrów określonych w tabeli. W szczególności konieczne jest zapewnienie możliwości użycia AED u dzieci i dorosłych.
- W cenie wymagane są: gotowość do użycia urządzenia po rozpakowaniu, bateria, elektrody, komplet akcesoriów ratowniczych, torba transportowa, instrukcja w języku polskim i dokumentacja gwarancyjna.
- Odbiór może obejmować losową kontrolę zawartości wybranych zestawów, test wskazania gotowości AED i sprawdzenie dokumentacji oraz list kontrolnych wszystkich 35 egzemplarzy.

Wyjaśnienie odniesienia technicznego: MIL-STD-810G/H obejmuje metody badań odporności środowiskowej, w tym wstrząsów i wibracji. Zamawiający wymaga potwierdzenia właściwych badań dla zaoferowanego modelu AED lub badań równoważnych; nie wymaga ogólnego „certyfikatu wojskowego".

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy dostawy 35 sztuk defibrylatorów AED w torbach transportowych wraz z zestawami ratowniczymi.

Nazwa wykonawcy: .....

Adres, NIP: .....

Osoba do kontaktu: .....

Telefon, e-mail: .....

W odpowiedzi na zapytanie oferujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	VAT (stawka / kwota)	Cena łączna brutto
Defibrylator AED + torba transportowa + zestaw ratowniczy	35 kpl.	..... zł	.....	..... zł

Łączna cena netto: ..... zł

Łączna kwota VAT: ..... zł

Łączna cena brutto: ..... zł

Oferowany producent / model AED: .....

Termin dostawy: ..... dni / do dnia .....

Okres gwarancji na AED: ..... miesięcy (minimum 60)

Pozostały okres przydatności elektrod: co najmniej ..... miesięcy (minimum 24)

Oświadczenia wykonawcy

- Zapoznaliśmy się z treścią zapytania i załączników oraz akceptujemy jego warunki.
- Oferujemy 35 kompletnych i jednakowo skonfigurowanych zestawów AED, w tym defibrylatory z torbami i zestawami ratowniczymi zgodnie z Załącznikiem nr 1, a cena zawiera całość dostawy do wskazanego miejsca.
- Oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, legalnie wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane dokumenty oraz oznaczenia CE. W załączeniu przedstawiamy dokumentację potwierdzającą badania MIL-STD-810G/H albo równoważne.
- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu jej złożenia.
- Przedstawione dane i oświadczenia są zgodne ze stanem faktycznym.

Załączamy: [karta produktu AED / dokumentacja potwierdzająca badania odporności / opis zestawu ratowniczego / pozostałe dokumenty]

....

Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej